

仕 様 書

件 名	特別養護老人ホームカーサ・ミレ介護入浴装置の更新
メーカー名	酒井医療株式会社
機器構成	○シャワーポッド アラエル 浴槽本体（ARA-100） 2 式 ○入浴用車椅子 リクライニング式（ARA-110C） 2 台 ○入浴用車椅子（ARA-100C） 1 台
規 格	別紙 1 のとおり
納入期限	令和 8 年 3 月 31 日（火）
納入場所	社会福祉法人安積福祉会 特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 福島県郡山市安積町笹川字西宿 77 番地
納品に係る注意事項	○納品は、午前 9 時から午後 5 時の勤務時間内に行う。 ○納品した製品に付属する取扱説明書等も併せて納品すること。
費用の見積もりに関する注意事項	○納品予定物品について、別紙 1 の規格を満たすことができる資料を入札書の提出期限日前までに担当者へ提出し、適格品である旨の承認を得ること。 ○調達物品の運搬及び設置等納品に付随する作業についても、本調達品に含まれること。 ○搬入に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様書の内容にかかる費用全て（処分費含む）を経費として見込むこと。 ○助成事業に伴い物品への標識掲示を経費として見込むこと。
その他	○指定された納品、数量、規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品すること。 ○納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において速やかに交換すること。 ○その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ○別紙仕様書による規格は、同機能並びに同等品でも可とする。ただし、本調達に係る問い合わせは、下記の担当部署と協議すること。
担当部署	〒963-0102 福島県郡山市安積町笹川字西宿 77 番地 社会福祉法人安積福祉会 特別養護老人ホーム カーサ・ミレ 担当 施設長 中原 孝志 連絡先 024-946-2818

(別紙1)

特別養護老人ホームカーサ・ミッレ介護入浴装置の更新に伴う仕様書

◆浴槽

外形寸法	浴槽本体	長さ1750×幅1130×高さ1137mm
浴槽内寸法		長さ1605×幅742×高さ1004mm
質 量	浴槽本体	約85kg
電 源		単相100V (50/60Hz) 15A、アース付
消費電力		260W (50/60Hz)
機能・性能		自動洗身機能・自動機器殺菌機能・シャワーのみの吐出機能、 ハンドシャワーのみ吐出機能・入浴時間表示/報知機能 ハンドシャワー1基・報知音・殺菌時報知機能
主な材質	フレーム	ステンレス・スチール
	浴槽外装	プラスチック (PP) またはFRP
	観察窓	プラスチック (塩ビ)
	カーテン	ポリエステル布
安全機構		温度管理システム (安全制御機能付き) (設定温度±3℃の範囲内、高温低温時自動排水)
その他		電子制御ミキシング、給湯温度表示 入浴時間表示、観察窓、介助口 (両側書1個) ハンドシャワーミキシングバルブ
付属品		浴槽クリーナーA、アワスプレー、 入浴用シャンプー4kg、除菌洗浄液4kg
数 量		2式

◆入浴用車椅子 リクライニング式

外形寸法	リクライニング角度1段目	長さ1050×幅599×高さ1095mm
	リクライニング角度2段目	長さ1367×幅599×高さ963mm
	リクライニング角度3段目	長さ1468×幅599×高さ879mm
	リクライニング角度4段目	長さ1630×幅599×高さ593mm
質 量		約25kg
機能・性能		バランスチルト・スライド式ヘッドレスト・収納式レッグレスト・ 開閉式サイドフェンス・安全ベルト (腰部・胸部)
主な材質	フレーム・背面ハンドル・操作レバー	ステンレス
	バックレスト・シート・レッグレスト・ サイドフェンス・転倒防止バー等	ポリプロピレン・プラスチック・ステンレス等
その他・付属品		アームサポート (上下作動式) シリコングリス、刷毛、マット外し等
数 量		2台

◆入浴用車椅子

外形寸法	標準姿勢時	長さ1023×幅621×高さ1240mm
	チルト時	長さ1263×幅621×高さ976mm
質 量		約15kg
主な材質	フレーム	ステンレス
	ヘッドレスト・メッシュシート・安全ベルト・ フットレスト・転倒防止バー等	プラスチック・アルミニウム等
その他		ヘッドレスト (高さ調節式)
		フットレスト (開閉式、取外し式)
		アームサポート (跳ね上げ式)
付属品		マットピンフォーク
数 量		1台